

小鼠IgG1酶联免疫吸附测定试剂盒

Mouse IgG1 ELISA Kit

本产品需冰袋运输。保存于4°C，保质期6个月；保存于-20°C，保质期12个月。

产品参数

| | |
|------|------------------------|
| 货号 | HJ242 |
| 规格 | 96次 |
| 检测范围 | 1.56 ng/mL~100 ng/mL |
| 敏感性 | 0.78 ng/mL |
| 特异性 | 系统和其它因子无交叉反应 |
| 样本类型 | 小鼠血清、血浆、体液、组织匀浆或细胞培养上清 |

产品简介

本试剂盒采用双抗体夹心 ELISA 法检测样品中小鼠 IgG1 的浓度。小鼠 IgG1 捕获抗体已经预包被于酶标板上，当加入样品或标准品时，其中的小鼠 IgG1 会与捕获抗体结合，而其它游离成分则会通过洗涤被除去。接着，再加入 HRP 标记的小鼠 IgG1 抗体后，抗小鼠 IgG1 抗体与小鼠 IgG1 结合，形成夹心的免疫复合物，其它游离成分则通过洗涤被除去。随后加入显色剂，免疫复合物上连接的 HRP 会催化无色的显色剂氧化生成蓝色物质，而后加入终止液，最终产物呈黄色。通过酶标仪检测，读取 450 nm 处的 OD 值，小鼠 IgG1 浓度与 OD450 值之间呈正比，通过检测标准品绘制标准曲线，对照未知样品中 OD 值，即可计算出样品中小鼠 IgG1 的浓度。

背景简介

小鼠 IgG 抗体主要分为四个亚型：IgG1、IgG2a、IgG2b 和 IgG3。这些抗体亚型具有不同的功能和特点，对于研究免疫应答和疾病发生机制具有重要意义。

IgG1 是小鼠 IgG 抗体亚型中最常见的一种。它在体液免疫中起主导作用，能够激活补体系统和介导细胞毒性反应。IgG1 的结构较为稳定，能够较长时间地循环在血液中，从而提供持久的保护。研究表明，IgG1 在抗体依赖性细胞毒性 (ADCC) 和抗体依赖性细胞吞噬 (ADCP) 等免疫效应中起关键作用。



产品内容

| 组分 | 体积或数量 |
|---------------------|----------------------|
| 小鼠IgG1预包被板 | 8孔条×12个 |
| 样品稀释液 | 30 mL |
| 重组小鼠IgG1标准品(冻干) | 2支(100 ng/支) |
| HRP标记小鼠IgG1抗体 | 130 μ L(效价1:100) |
| 抗体稀释液 | 12 mL |
| 浓缩洗涤液(25 \times) | 30 mL |
| 显色剂TMB | 10 mL |
| 终止液 | 10 mL |
| 封板胶纸 | 4张 |

操作步骤

样品制备

1. 根据样品种类选择相应的处理方法:

- A. **细胞上清**: 将细胞培养上清液100~500 \times g离心5 min, 去除悬浮物后即可;
- B. **血清样品**: 将全血在室温下静置0.5~2 h, 待其自然凝固并析出血清后, 离心取黄色上清即可(4 $^{\circ}$ C, 1,000~2,000 \times g, 10 min), 注意请勿吸取沉淀, 制备好的血清需置于冰上待用, 请勿在其中添加任何防腐剂或抗凝剂;
- C. **血浆样品**: 使用EDTA对全血进行抗凝处理后, 混合均匀置于冰上, 离心取黄色上清即可(4 $^{\circ}$ C, 1,000~2,000 \times g, 10 min), 注意请勿吸取沉淀, 制备好的血浆需置于冰上待用;
- D. **组织匀浆/体液**: 离心去除沉淀即可。

注意: ① 若待测样品无法及时检测, 样品制备完成后, 请分装冻存于-20 $^{\circ}$ C, 避免反复冻融;
② 请保证待测样品清澈透明, 检测前如发现样品中有悬浮物, 需通过离心去除;
③ 为了保证检测结果准确, 请勿使用溶血、黄疸、高血脂或污染的样品。

2. 稀释样品

查阅相关文献, 预估样品中待测因子的含量, 从而确定适当的稀释倍数, 使稀释后样品中待测因子的浓度处于 ELISA 试剂盒的最佳检测范围。根据待测因子含量的不同, 分别采取不同的稀释方案:

- ① 待测因子含量在 1~10 μ g/mL 范围内, 一般按 1:100 稀释, 即向 297 μ L 样品稀释液中加入 3 μ L 样品;
- ② 待测因子含量在 100~1,000 ng/mL 范围内, 一般按 1:10 稀释, 即向 225 μ L 样品稀释液中加入 25 μ L 样品;
- ③ 待测因子含量在 1.56~100 ng/mL 范围内, 一般按 1:2 稀释, 即向 100 μ L 样品稀释液中加入 100 μ L 样品;
- ④ 待测因子含量 \leq 1.56 ng/mL, 样品一般无需稀释。

以上方案仅供参考, 实验中请详细记录样品的稀释方法。



检测准备工作

3. 试剂盒自 4°C 冰箱取出后, 请置于室温平衡 20 min; 如从 -20°C 取出, 各组分需彻底融化后再平衡 20 min; 检测完成后, 剩余试剂请及时置于 4°C 或 -20°C 保存;
4. 将 **浓缩洗涤液(25×)** 用双蒸水或去离子水稀释成 1× 洗涤液;
5. 重组小鼠 IgG1 标准品的稀释和使用(在使用前 2 h 内准备, 室温操作, **请严格控制在 25~28°C**)
 - ① 配制 100 ng/mL 标准品: 取 1 mL 样品稀释液加入标准品管内, 盖好后静置 15 min 以上, 然后反复颠倒 / 搓动以助溶解;
 - ② 按下表将 100 ng/mL 标准品用样品稀释液进行倍比梯度稀释。(最高浓度为 100 ng/mL, 将标准品稀释液作为浓度 0 pg/mL。)

| 管号 | 稀释液用量(μL) | 复溶后标准品用量(μL) | 标准品的最终浓度(ng/mL) |
|----|-----------|--------------|-----------------|
| A | 0 | 1,000 | 100 |
| B | 300 | 300(从A管中取) | 50 |
| C | 300 | 300(从B管中取) | 25 |
| D | 300 | 300(从C管中取) | 12.5 |
| E | 300 | 300(从D管中取) | 6.25 |
| F | 300 | 300(从E管中取) | 3.12 |
| G | 300 | 300(从F管中取) | 1.56 |
| H | 300 | 0 | 0 |

注意: 标准品复溶加样后, 剩余部分请丢弃。

6. 准备 HRP 标记小鼠 IgG1 抗体工作液 (需在使用前 1 h 内准备)
 - ① 按每孔需添加 100 μL 抗体工作液, 计算其总用量 (为弥补操作中的损耗, 需多配制 100~200 μL);
 - ② 按 1 μL **HRP 标记小鼠 IgG1 抗体** 添加 99 μL **抗体稀释液** 的比例配制工作液, 轻轻混匀。

检测流程

7. 通过计算确定一次实验所需的板条数, 取出所需板条放置于框架内, 多余的板条请放回铝箔袋密封, 保存于 4°C 或 -20°C;
注意: ① 标准品和样品建议做双复孔检测;
② 每次实验均需绘制标准曲线。
8. 将用样品稀释液稀释后的样品和不同浓度标准品 (100 μL/ 孔) 分别加入相应孔中, 用封板胶纸封住反应孔, 37°C 孵育 90 min;
注意: ① 请查阅相关文献确定样品中待检测蛋白的大致浓度, 若其大于本试剂盒标准曲线的最大标准品浓度, 请将样品适当稀释后再进行检测;
② 整个加样过程不宜超过 10 min, 否则可能会影响检测结果。
9. 甩去酶标板内液体, 无需洗板, 将板倒扣在吸水纸上拍干;
10. 加入稀释后的 HRP 标记小鼠 IgG1 抗体工作液 (100 μL/ 孔), 用封板胶纸封住反应孔, 37°C 避光孵育 60 min;

11. 洗板 5 次, 每孔 1× 洗涤液用量为 300 μL , 注入与吸出间隔 15~30 s, 洗完后将板倒扣在吸水纸上拍干;
注意: 洗涤过程至关重要, 洗涤不充分会导致结果产生较大误差。
12. 加入 显色剂 TMB(100 μL / 孔), 用封板胶纸封住反应孔, 避光 37°C 反应 10~25 min;
注意: ① 在保存和使用时, 请勿将 TMB 接触氧化剂和金属;
② 因实验室条件差异, 最佳显色时间会有所不同, 反应充分时肉眼可见标准品的前 3~4 孔有明显的梯度蓝色。
13. 加入 终止液 (100 μL / 孔), 混匀后即刻使用酶标仪测量 OD450, 同时设定 540 nm 或 570 nm 作为校正波长, 即可计算得到校正吸光度值 (OD450-OD540 或 OD450-OD570);
注意: 读取 OD 值建议在 10 min 内完成。


数据分析

14. 绘制标准曲线。以标准品浓度作横坐标, OD 值作纵坐标, 利用计算机软件作四参数逻辑 (4-PL) 曲线拟合创建标准曲线, 通过样品的 OD 值即可在标准曲线上计算出其相应浓度。
注意: ① 复孔 OD 值在 20% 的差异范围内结果才有效, 复孔 OD 值取平均后可作为测量值;
② 若样品 OD 值高于标准曲线上限, 应适当稀释后重测, 计算浓度时应乘以稀释倍数。

标准曲线范例

小鼠 IgG1 参考标准曲线

| 标准品浓度 | O.D. |
|------------|-------|
| 0 ng/mL | 0.081 |
| 1.56 ng/mL | 0.312 |
| 3.12 ng/mL | 0.507 |
| 6.25 ng/mL | 0.811 |
| 12.5 ng/mL | 1.206 |
| 25 ng/mL | 1.614 |
| 50 ng/mL | 1.947 |
| 100 ng/mL | 2.171 |



注意: 本图仅供参考, 应以同次试验标准品所绘标准曲线计算样品含量。

注意事项

1. 浓缩洗涤液 低温情况下可能会出现结晶, 请水浴加热使结晶完全溶解后再配制工作液;
2. 严禁混用不同批号试剂盒的组分;
3. 加样过程请避免产生气泡, 实验操作过程中一定要保证试剂充分混匀, 否则会使结果产生较大误差;
4. 说明书中提到的室温条件, 请严格控制在 25~28°C;
5. 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作;
6. 本产品仅限科研使用。